

# Prohlášení o shodě



v y d á v á

výrobce: **MEgA-Měřicí Energetické Aparáty a.s.**  
Okružní 834/29a, 638 00 Brno  
Česká republika  
IČO: 25567110

pro výrobek: **Měřicí kufr PQ monitoru MEg30**

Výše uvedený výrobek

**s p l ň u j e**

základní požadavky stanovené v následujících směrnících a nařízeních vlády ČR:

- **č. 2004/108/ES**, o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

**v y h o v u j e**

ustanovením následujících harmonizovaných norem:

- **ČSN EN 60 529: 1993 čl. 14.2.3 a) (IPX3), čl. 14.2.4 14.2.4 b) (IPX4), čl. 13.4 a 13.5 (IP5X) – stupeň ochrany krytem**
- **ČSN EN 60 529 změna A1: 2001**
- **ČSN EN 61000-4-5 ed. 2:2007 ( přepětí 6kV/42Ω  
přepětí 6kV/2Ω, přerušena ochranná pojistka 4A-T)**


Zkušební protokoly :

Protokol o zkoušce krytí č. 6450-069/2009 VTÚP Vyškov

Protokol o zkoušce krytí č. 6440 – 392 / 2009VTÚP Vyškov



Brno  
září, 2009

  
Ing. Ladislav Pospíchal, CSc.  
předseda představenstva a.s.